

Bilan préliminaire de fonctionnement 2016

Objectif >90,0% de taux de fonctionnement

	DON	CAS	COU	FRA	TAR	MON	MOR	PEY	REV	GUI	JON	SND	VER
Collecteur*	100,0	99,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
Pluviomètre*	100,0	94,7	100,0	91,5	100,0	100,0	47,8	100,0	93,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Gravi PM 2.5			94,2*		89,3		96,2*	65,4	97,9	86,3*	97,0*	98,4*	96,4*
Gravi PM 10			100*		94,5	76,9*	100*	82,7	98,1*	?			
Ozone*	?	?	?	?	100,0	?	?	92,8	99,5	?	?	?	?
NO - NO ₂ *					96,4		?	96,6	98,4	?	?	?	
Météo*	DV-VV	100*	100*	98,1	83,5	100*	100*	92,2	99,8				
	T	100*	100*	98,1	99,7	100*	100*	99,7	99,8				
	P	100*	100*	98,1	99,7	100*	100*	99,7	99,8				
	Hr	100*	100*	98,1	99,7	100*	100*	99,7	98,9				
COV					83			92					
Carbonylés					81			76					

*Les taux de fonctionnement affichés sont estimés (fiches navettes) et à consolider après réception de l'ensemble des données.

Bilan préliminaire de fonctionnement 2016

Objectif >90,0% de taux de fonctionnement / 14% de couverture temporelle

	PEY	REV	GUI	JON	SND	VER
HAP PM10	100 * / 17	100 / 17	100 / 16	100 / 17	100 / 17	100 / 16
HAP Dépôts	100	91,7	100	91,7	100	100
ML PM10	29,2	100	100	95,8	100	91,7
ML Dépôts	100	100	100	100	100	100
Spéciation PM2,5**	65,6 / 11	100 / 16	88,5 / 15	95,1 / 16	96,7 / 16	100 / 17
** prise en compte des taux de fonctionnement des mesures gravimétriques PM2,5 associées						
* Contamination par introduction de mouches						

En 2016

- Revin & Peyrusse : remplacement Eigenbrodt ML par jauge bulk
- Peyrusse : mise en place P2000 pour ML PM10 (sept-2016)
- Installation des pluviomètres de référence GUI, JON, SND, VER